



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

## SETOR DE LICITAÇÕES

Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 330 - Centro - Igaratá-SP - CEP 12350-000  
Fone: 11 4658 1318 / 1575 / 1577 RAMAL: 217 e-mail: licitacao@igarata.sp.gov.br



PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2020

**ID Licitação [nº 825715]**

### PERGUNTAS E RESPOSTAS

AQUISIÇÃO DE KIT ESPECÍFICO PARA O DIAGNOSTICO DE COVID-19, TESTE RÁPIDO ATRAVES DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRÁFIA, DESTINADO A DETECCÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA DE IgG E IgM DO COVID-19, PODENDO SER UTILIZADO EM AMOSTRA DE SANGUE SORO OU PLASMA, PROCEDENTE DE COLETA VENOSA OU CAPILAR. SENSIBILIDADE ACIMA DE 86,4% E ESPECIFICIDADE ACIMA DE 99,5%. A EMBALAGEM DEVE CONTER NÚMERO DO REGISTRO NA ANVISA, LOTE E VALIDADE.

- Diferenciação de IgG e IgM necessária?

RESPOSTA: SIM

- Podemos considerar sensibilidade e especificidade acima de 90% para IGG e para IGM para participarmos?

RESPOSTA: NÃO. Sensibilidade acima de 86,4% e especificidade acima de 99,5% CONFORME EDITAL.

Considerando o bem maior, a saúde pública, e o emprego dos recursos públicos em produtos de qualidade, é necessário Laudo do INCQS? RESPOSTA: CONFORME EDITAL

- Registro na ANVISA definitivo?

RESPOSTA: CONFORME EDITAL

- Validade superior a 6 meses?

RESPOSTA: CONFORME EDITAL

- Necessária entrega do mesmo quantitativo de lancetas junto com os testes?

RESPOSTA: SIM

Igaratá, 27/07/2020.

FÁTIMA M.A. PRIANTI  
ASS. LICITAÇÕES E CONTRATOS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ

## SETOR DE LICITAÇÕES

Av. Benedito Rodrigues de Freitas, 330 - Centro - Igaratá-SP - CEP 12350-000  
Fone: 11 4658 1318 / 1575 / 1577 RAMAL: 217 e-mail: licitacao@igarata.sp.gov.br

